



OXYMETRY

# NONIN 9700 Avant

**Stolní digitální pulsní oxymetr Avant - 9700 s pletysmografickou křivkou.**  
**Standardní dodávka obsahuje:**

- pulsní oxymetr
- senzor 8000AA-3
- baterie
- uživatelská příručka
- AC adapter



## Technické parametry

|   |  |
|---|--|
| Rozsah měření saturace kyslíkem (SpO <sub>2</sub> ) | 0 - 100% (přesnost: 70% až 100% ± 1,58 číslice při použití prstového senzoru<br>70% až 100% ± 1,51 číslice při použití flexibil. senzoru2 ks AA baterie) |
| Rozsah měření tepové frekvence                      | 18 - 300 pulsu / min. (přesnost: ± 3%)   |
| Display   | tříčíslicové LED, třibarevné (červená, zelená, žlutá), třibarevná sloupcová segmentová LED, LCD - 16 barev, 256 x 64 pixelů                              |
| Napájení  | 100-240V, 50-60 Hz, typ baterií 7.2 V baterie (6 článků) nebo 12 V DC/AC Adapter   |
| Dobíjecí doba                                       | 4 hodiny   |
| Velikost  | 18,4 x 14,0 x 11,4 cm  |
| Hmotnost  | 1,0 kg včetně baterií  |
| Paměť   | 115 hodin  |

 **NONIN.**



COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: + 420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | [www.compek.cz](http://www.compek.cz)

Hradec Králové | Vážní 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Strážna 11 | 831 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: + 421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | [www.compek.sk](http://www.compek.sk)



**COMPEK**  
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE